



2024/2729

23.10.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2729 AL COMISIEI

din 22 octombrie 2024

de autorizare a unei derogări în temeiul Regulamentului (UE) 2024/573 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră în anumite dispozitive simulatoare de mediu, echipamente de laborator pentru uscare prin pulverizare sau liofilizare și centrifuge de laborator

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2024/573 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 februarie 2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 ⁽¹⁾, și în special articolul 11 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Punctul 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/573 interzice introducerea pe piață a echipamentelor de refrigerare autonome, cu excepția răcitoarelor, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult, începând de la 1 ianuarie 2025, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru a respecta cerințele de siguranță la locul operațiunii.
- (2) În temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2024/573, la 29 mai 2024, autoritatea competentă din Germania a transmis Comisiei o cerere de autorizare a unei derogări pentru a permite introducerea pe piața Uniunii a trei tipuri de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră ca agent frigorific și care intră în domeniul de aplicare al punctului 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/573, și anume: (i) dispozitive simulatoare de mediu pentru aplicații la temperaturi sub – 50 °C; (ii) echipamente de laborator pentru uscare prin pulverizare sau liofilizare; și (iii) centrifuge de laborator.
- (3) Tipurile de echipamente menționate în cererea de derogare sunt următoarele: (i) dispozitive simulatoare de mediu constând într-o cameră de încercare utilizată pentru a reproduce o varietate de condiții de mediu, de exemplu temperatură și umiditate dependente de timp, pentru aplicații la temperaturi sub – 50 °C, (ii) echipamente de laborator utilizate pentru uscarea eșantioanelor de lichide, prin pulverizare sau liofilizare și (iii) centrifuge de laborator, care sunt echipamente ce separă fluide de diferite densități sau lichidele de solide într-un recipient cu rotație rapidă.
- (4) Cererea de derogare prevede că, în prezent, pe piața Uniunii nu există echipamente de tipurile menționate care utilizează gaze fluorurate cu efect de seră cu un GWP de 150 sau mai mic. Din motive de siguranță, astfel de echipamente se bazează în prezent pe agenți frigorifici neinflamabili (cu un GWP de 150 sau mai mult). Dezvoltarea și certificarea echipamentelor care pot utiliza substanțe alternative necesită mai mult timp, din cauza complexității produsului și a modificărilor de proiectare necesare pentru a utiliza agenți frigorifici cu un GWP mai mic de 150, abordând în același timp preocupări legate de siguranță. Pentru a se asigura faptul că alternativele vor fi utilizate în condiții de siguranță și pentru a se menține costurile la un nivel proporțional, este nevoie de timp pentru a facilita trecerea la agenți frigorifici cu o valoare GWP mai mică de 150. Mai mult decât atât, dacă vor trebui să își modifice portofoliul de produse într-o perioadă foarte scurtă de timp, producătorii ar risca să fie obligați să oprească introducerea pe piață și exportul unor astfel de echipamente esențiale. În cererea de derogare se solicită perioada maximă autorizată în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2024/573, din cauza complexității trecerii la agenți frigorifici alternativi în cazul acestor tipuri de echipamente.
- (5) Comisia a evaluat cererea prezentată de autoritatea competentă din Germania și consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (5) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2024/573. Comisia consideră, de asemenea, că, în astfel de circumstanțe excepționale, ar trebui să se acorde suficient timp pentru a se evita perturbarea pieței în ceea ce privește aprovizionarea cu astfel de echipamente esențiale. Comisia consideră că o perioadă suplimentară de 4 ani ar fi justificată în acest caz excepțional.

⁽¹⁾ JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

- (6) Având în vedere faptul că interdicția de a introduce pe piața Uniunii tipul de echipamente menționat în derogare se aplică de la 1 ianuarie 2025, din cauza constrângerilor de timp, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.
- (7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gazele fluorurate cu efect de seră, instituit prin articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/573,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la punctul 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/573, introducerea pe piață a următoarelor echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu un GWP de 150 sau mai mult este autorizată de la 1 ianuarie 2025 până la 31 decembrie 2028, cu condiția ca echipamentele respective să fie etichetate în temeiul articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2024/573:

- (a) dispozitive simulatoare de mediu constând într-o cameră de încercare utilizată pentru a reproduce o varietate de condiții de mediu, de exemplu temperatură și umiditate dependente de timp, pentru aplicații la temperaturi sub – 50 °C;
- (b) echipamente de uscare pentru laborator utilizate pentru uscarea eșantioanelor de lichide, prin pulverizare sau liofilizare;
- (c) centrifuge de laborator utilizate pentru separarea fluidelor de diferite densități sau a lichidelor de solide într-un recipient cu rotație rapidă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 octombrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN