2024/3120

17.12.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/3120 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2024

de autorizare a unei derogări în temeiul Regulamentului (UE) 2024/573 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mare în congelatoarele mecanice criogenice (– 150 °C)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2024/573 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 februarie 2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 ([1]), și în special articolul 11 alineatul (5),

întrucât:

(1) Punctul 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/573 interzice, începând de la 1 ianuarie 2025, introducerea pe piață a echipamentelor de refrigerare autonome, cu excepția răcitoarelor, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mare, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru a respecta cerințele de siguranță la locul operațiunii.

(2) În temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2024/573, la 15 mai 2024, autoritățile competente din Țările de Jos au transmis Comisiei o cerere de autorizare a unei derogări pentru a permite introducerea pe piața Uniunii a congelatoarelor mecanice criogenice (– 150 °C), care intră în domeniul de aplicare al punctului 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/573.

(3) Congelatoarele mecanice criogenice (– 150 °C) sunt utilizate pentru crioconservare, și anume depozitarea organismelor vii, a celulelor și a țesuturilor la temperaturi foarte scăzute, și sunt destinate aplicațiilor critice, în principal în domeniul științei și al asistenței medicale.

(4) Cererea de derogare prevede că, în prezent, congelatoarele mecanice criogenice (– 150 °C) se bazează în mare măsură pe gaze fluorurate cu efect de seră cu potențial de încălzire globală (GWP) mai mare de 150 și că identificarea unei substanțe alternative pentru echipamentele cu o temperatură atât de scăzută fără a compromite siguranța, eficiența energetică și performanța fiabilă a echipamentelor implică numeroase provocări tehnice. Fiabilitatea deplină a acestor echipamente este esențială pentru conservare. Dezvoltarea echipamentelor care pot utiliza substanțe alternative necesită mai mult timp, din cauza modificărilor de proiectare necesare pentru le adapta la agenți frigorifici cu un GWP mai mic de 150, abordând în același timp preocupările în materie de siguranță în ceea ce privește agenții frigorifici inflamabili și protejând fiabilitatea. Pentru a se asigura faptul că alternativele vor fi utilizate în condiții de siguranță și pentru a se menține costurile la un nivel proporțional, este nevoie de timp pentru a facilita trecerea la agenți frigorifici cu o valoare a GWP mai mică de 150. În plus, există, de asemenea, un risc pentru disponibilitatea produselor pe piață, în cazul în care producătorii unor astfel de echipamente nu mai pot furniza echipamente. În absența unei derogări, începând cu 12 martie 2025, astfel de echipamente nu vor mai fi autorizate nici pentru export, în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2024/573.

(5) În cererea de derogare se solicită perioada maximă autorizată în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2024/573, adică 4 ani, din cauza complexității trecerii la agenți frigorifici alternativi în cazul acestor tipuri de echipamente.

(6) Comisia a evaluat cererea prezentată de autoritatea competentă din Țările de Jos și consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (5) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2024/573. Comisia consideră, de asemenea, că, în astfel de circumstanțe excepționale, ar trebui să se acorde suficient timp pentru a se evita perturbarea pieței în ceea ce privește aprovizionarea cu astfel de echipamente esențiale. Comisia consideră că o perioadă de 4 ani ar fi justificată în acest caz excepțional.

([1]) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(7) Având în vedere faptul că interdicția de a introduce pe piața Uniunii tipul de echipamente menționat în derogare se aplică de la 1 ianuarie 2025, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gazele fluorurate cu efect de seră, instituit prin articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/573,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la punctul 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/573, introducerea pe piață a congelatoarelor mecanice criogenice(– 150 °C) care conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu un GWP de 150 sau mai mare este autorizată de la 1 ianuarie 2025 până la 31 decembrie 2028, cu condiția ca echipamentele respective să fie etichetate în temeiul articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2024/573.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN